

Polimaster Ltd.

Head Office:

112, M. Bogdanovich str., Minsk, 220040

Phone: + 375 17 217 7080

Fax: + 375 17 217 7081

Manufacturing:

51, F. Skorina str., Minsk, 220141

Republic of Belarus

Phone: + 375 17 268 6819

Fax: + 375 17 260 2356

www.polimaster.com

E-mail: polimaster@polimaster.com

見本


CALIBRATION 校正証明書 CERTIFICATE

放射線モニター PM1403
Neutron 中性子線検出ユニット Neutron Unit BDN-PM1403

S/N of the instrument シリアル番号	線量率	3 $\mu\text{Sv/h}$	30 $\mu\text{Sv/h}$	1500 $\mu\text{Sv/h}$	4000 $\mu\text{Sv/h}$
	Tolerance 偏差, %	$\pm 33,33$	$\pm 30,33$	$\pm 30,02$	$\pm 30,0$
	平均線量率	2,799	29,1	1515,4	4409,8
	相对誤差 [%]	-6,71	-2,99	1,02	10,24
	信頼限界	12,96	10,95	10,46	15,75

The instrument is within the tolerance range and has passed the quality control. この測定器は偏差の範囲内であり品質検査に合格しました。

Head of 品質管理部長 Department:



Date 校正実施日: