



Polimaster Ltd.

Head Office:

112, M. Bogdanovich str., Minsk, 220040

Phone: + 375 17 217 7080

Fax: + 375 17 217 7081

Manufacturing:

51, F. Skorina str., Minsk, 220141

Republic of Belarus

Phone: + 375 17 268 6819

Fax: + 375 17 260 2356

www.polimaster.com

E-mail: polimaster@polimaster.com

見本

CALIBRATION CERTIFICATE 校正証明書

X-Ray and Gamma Radiation Personal Dosimeters PM1610A

個人放射線積算線量計 PM1610A

背景の平均放射線量率

Background $\bar{H}_b = 0,12 \mu\text{Sv/h}$

測定器の
シリアル番号

S/N of the instrument	線量当量率(DER)	8	80	800	8000
	DER	$\mu\text{Sv/h}$	$\mu\text{Sv/h}$	mSv/h	mSv/h
	偏差 Tolerance, %	$\pm 10,19$	$\pm 10,02$	$\pm 11,2$	$\pm 22,0$
平均線量率	\bar{H}_j	8,39	82,46	799,79	7876,75
相對誤差[%]	Q_j	3,38	2,92	-0,03	-1,54
信頼限界	δ	5,76	5,45	4,4	4,71

※校正方法の具体的な計算方法、手順については、取扱説明書、またはWEBサイトに記載しております。

All the above instruments are within the specified tolerance range and have passed the quality control. 上記の放射線測定器は、偏差の範囲内であり、品質検査に合格しました。

Head of Quality Control Department:
Polimaster 品質管理部長



Date of calibration: 20.10.2011
校正実施日