



**Polimaster Ltd.**

**Head Office:**

112, M. Bogdanovich str., Minsk, 220040

Phone: + 375 17 217 7080

Fax: + 375 17 217 7081

**Manufacturing:**

51, F. Skorina str., Minsk, 220141

Republic of Belarus

Phone: + 375 17 268 6819

Fax: + 375 17 260 2356

www.polimaster.com

E-mail: polimaster@polimaster.com

見本

CALIBRATION CERTIFICATE

PM1621M X-Ray and Gamma Personal Dosimeter

| 測定器の<br>シリアル番号 | 線量当量率        | 背景放射線量<br>$\mu\text{Sv/h}$ | 3<br>$\mu\text{Sv/h}$ | 0,08<br>$\text{mSv/h}$ | 80<br>$\text{mSv/h}$ |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|                | Tolerance, % | -                          | $\pm 15,5$            | $\pm 15,0$             | $\pm 15,8$           |
|                | 平均線量率        |                            |                       |                        |                      |
|                | 相対誤差 [%]     | -                          |                       |                        |                      |
|                | 信頼限界         | -                          |                       |                        |                      |

※校正方法の具体的な計算方法、手順については、取扱説明書、またはWEBサイトに記載しております。

上記の放射線測定器は、偏差の範囲内であり、品質検査に合格しました。

Head of Quality Management Department:

Polimaster Ltd

QS

Date of Calibration: