



Polimaster Ltd.

Head Office:

112, M. Bogdanovich str., Minsk, 220040

Phone: + 375 17 217 7080

Fax: + 375 17 217 7081

Manufacturing:

51, F. Skorina str., Minsk, 220141

Republic of Belarus

Phone: + 375 17 268 6819

Fax: + 375 17 260 2356

www.polimaster.com

E-mail: polimaster@polimaster.com

見本

CALIBRATION CERTIFICATE 校正証明書

Gamma Detector PM1912 ガンマ線検出器 PM1912

Dose Equivalent Rate (DER) 線量当量率(DER)

線量当量率(DER) 背景放射線量 $\mu\text{Sv/h}$

偏差
平均線量率
相対誤差[%]
信頼限界

DER	Background $\mu\text{Sv/h}$	8 $\mu\text{Sv/h}$	80 $\mu\text{Sv/h}$	800 $\mu\text{Sv/h}$	8 mSv/h
Tolerance, %	-	$\pm 20,0$	$\pm 20,0$	$\pm 20,0$	$\pm 20,0$
$\bar{H}_j$	0,09	8,316	80,37	764,82	7,37
Q_j	-	2,83	0,35	-4,41	-7,88
δ	-	5,39	4,42	6,55	9,72

※校正方法の具体的な計算方法、手順については、取扱説明書、またはWEBサイトに記載しております。

All the above instruments are within the specified tolerance rate and passed the quality control. 上記の放射線測定器は、偏差の範囲内であり、品質検査に合格しました。

Head of Quality Control Department: _____

Polimaster 品質管理部長



Date of calibration: 26.01.2012

校正実施日